

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets.
1.1.	Sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoru kalibrēšana PAS "Daugavpils siltumtīkli" 8 lokālajās katlu mājās un siltumcentrālēs Nr.1; Nr.2 un Nr.3.
2.	Obligātā atbilstība sekojošo normatīvu aktu prasībām.
2.1.	Akreditācijas esamība Valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām
2.2.	Kalibrēšanas veikšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"
3.	Citi nosacījumi.
3.1.	Kopumā ir jāveic 52 sprādzienbīstamo koncentrāciju signalizatoru kalibrēšana, no kuriem 28 ir dabas gāzes signalizatori un 24 ir sašķidrinātās gāzes signalizatori
3.2.	1. Lokālajā katlu māja (turpmāk – LKM) “Cietoksnis” 1gab. dabas gāzes signalizatora 2. LKM “Ruģeļi” 2 gab. dabas gāzes signalizatori 3. LKM “Čerepova” 2 gab. dabas gāzes signalizatori 4. LKM “Vecstropi” 2 gab. dabas gāzes un 2.gab. sašķidrinātās gāzes signalizatori 5. LKM “Stropi” 1 gab. dabas gāzes signalizatora 6. LKM “Fabrikas 18a” 1 gab. dabas gāzes signalizatora 7. LKM “Cēsu” 1gab. dabas gāzes signalizatora 8. LKM “Križi” 2 gab. sašķidrinātās naftas gāzes signalizatori 9. SC – 1 7 gab. dabas gāzes signalizatoru, 14 gab. sašķidrinātās gāzes signalizatoru 10. SC – 2 8 gab. sašķidrinātās gāzes signalizatoru. 11. SC – 3 9 gab. gāzes signalizatoru
3.3.	Nemt vērā, ka dažu gāzes signalizatoru atrašanās vietas ir grūti sasniedzamas, (atrodas apmēram 4 m augstumā, bez brīvas piekļuves).
3.4.	Pēc kalibrēšanas veikšanas jānodrošina sekojošā dokumentācija: Kalibrēšanas sertifikāts; Lietošanas nederīguma gadījumā – nederīguma apliecinājums
3.5.	Mērīšanas līdzekļiem ir jābūt kalibrētiem, lai nodrošinātu mērīšanas līdzekļa ticamus rādījumus
3.6.	Izpildes termiņš ir 1 mēnesis
3.7.	Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu, saskaņā ar to reglamentāciju normatīvajos aktos, kalibrēšanas veikšanas laikā, pilnīgi atbild darbu izpildītājs.
3.8.	Komerc piedāvājumus var nosūtīt līdz 05.06.2025. plkst. 10:00 PAS "Daugavpils siltumtīkli" 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski uz e-pasta adresi dsiltumtikli@apollo.lv
3.9.	Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 20433065.